

## Partial D-TYPE

◆ Eine fehlende Bande in Reaktion Nr. 4 weist auf DFR (serologisch schwach D-positiv) oder RHD psi (hemi- bzw. homozygot, serologisch D-negativ) hin. Bei fehlender Information zur Serologie kann RHD psi mit BAGene RH-TYPE bestätigt oder ausgeschlossen werden.  
 ◆ A missing band in reaction no. 4 may indicate DFR (weak positive with anti-D) or RHD psi (hemi- or homozygous, D-negative in serology). If serological information is lacking, confirmation or exclusion of RHD psi can be obtained using BAGene RH-TYPE.

CE LOT 0905 PD  
 IVD 2010-11  
 REF 6646

### Worksheet und Auswertetabelle / Worksheet and Evaluation diagram

Reaktions-Nr. / Reaction No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PCR-Produkt (Größe in bp) PCR product (size in bp)		134	146	118	135	132	132	120	673	184	132	166	107	117	129	140
RHD Exons * Mix 8: Intron 7/Exon 8	Haplotyp Haplotype	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> C	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>7</sub>	D <sub>7/8</sub> *	D <sub>9</sub>	D <sub>10</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>7</sub>	D <sub>7</sub>	D <sub>8</sub>
<b>Spezifität / Specificity</b>		<b>Standard RHD</b>														
D-positive		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
		<b>RHD negative</b>														
D-negative, cc		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-negative, Cc oder / or CC		-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>RHD Varianten / RHD Variants</b>														
D cat. II n.t.	CDe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-
D cat. IIIa, IIIc, III type 4 n.t.	cDe, CDe, CDe	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
D cat. IIIb n.t.	cDe	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
D cat. IVa n.t.	cDe	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-
D cat. IVb, IVb(J) n.t.	CDe	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
D cat. IV type 3	CDe	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
D cat. IV type 4	CDe	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-
D cat. Va, Va-like, Va-associated, DBS	CDe	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
D cat. VI type 1	cDe	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
D cat. VI type 2	CDe	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
D cat. VI type 3	CDe	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-
D cat. VI type 4 [DHMi] n.t.	CDe, CDE	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
D cat. VII	CDe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
DAR (weak D-Type 4.2)	cDe	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-
DAU	cDe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+
DBT type 1		+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
DBT type 2 n.t.	CDe	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
DFR ◆ oder / or RHD psi		+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
DHMi	cDe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-
DNB	CDe	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-
RHCE-D(5)-CE (DHAR (Rh33))	cDe	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RHCE(1-9)-D(10)	cdE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
RHD-CE(2-9)-D	Cde	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
RHD-CE(3-7)-D d(C)ce <sup>s</sup>	Cde	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-
RHD-CE(4-7)-D	cdE	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
RHD-CE(8-9)-D	Cde	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-
RHD(delEx9)	CDe	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-
RHD(Q41X) n.t.	Cde	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
DCS, [DFW, DHR, DIM, DNU] n.t.	diverse / various	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-

n.t. = not tested currently

Ergebnis Result	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Phänotyp Phenotype	Genotyp Genotype

Proben-ID / Sample-ID:  
 Name:  
 Geb.-Datum / Birthdate:  
 Ergebnis / Result:  
 Datum / Date:  
 Unterschrift / Signature:

Gelbild / Gel Picture

VER 05/2009

## Kurzanleitung / Short Instructions

- Die gewünschte Anzahl **BAGene**-Platten/-Streifen aus dem Gefrierschrank (-20...-80°C) nehmen und den 10 x PCR-Puffer bei Raumtemperatur auftauen.  
*Remove the required number of **BAGene**-plates/-strips from -20...-80°C and thaw the 10 x PCR-buffer.*
- Der erste Reaktionsmix ist durch Aufdruck der Lot-Nr. markiert.  
*The first reaction mix is marked by the printed lot number.*
- Den Mastermix, bestehend aus 10 x PCR-Puffer, DNA-Lösung, Taq-Polymerase und Aqua dest. zusammenpipettieren und gründlich vortexen. Die verschiedenen **BAGene** DNA-SSP Kits werden mit dem gleichen Mastermix angesetzt und sind daher miteinander kombinierbar.  
*Pipet the mastermix, consisting of 10 x PCR-buffer, DNA-solution, Taq-Polymerase and aqua dest. and mix well. The different **BAGene** DNA-SSP Kits do all work with the same mastermix and can therefore be combined.*

### Zusammensetzung des Mastermixes in Abhängigkeit von der Anzahl der Reaktionsmixe *Composition of the Mastermix depending on the number of reaction mixes*

No. of mixes	Aqua dest.	10 x PCR-buffer	DNA-sol. (50-100 ng/μl)	Taq-Polymerase (5 U/μl)	total volume app.	
1	8	1	1	0,08	10	μl
2	16	2	2	0,2	20	μl
6*	50	7	7	0,5	65	μl
7	70	9	9	0,7	90	μl
8	80	10	10	0,8	100	μl
9	88	11	11	0,9	110	μl
10	96	12	12	1,0	120	μl
11	104	13	13	1,0	130	μl
12	112	14	14	1,1	140	μl
13	128	16	16	1,3	160	μl
14	136	17	17	1,4	170	μl
15	144	18	18	1,4	180	μl
16	152	19	19	1,5	190	μl

- ⇒ Bei abweichenden DNA-Konzentrationen sind die Mengen von DNA und Wasser entsprechend zu variieren.  
*For different DNA concentrations, the quantities of DNA and water must be varied accordingly.*
- ★ Mastermix für 6 Reaktionsmixe wird wegen des geringen Volumens Taq-Polymerase als Mindestansatz empfohlen.  
*Minimum preparation of mastermix for 6 reaction mixes is recommended due to the small volume of Taq-Polymerase.*
- Nach dem Vortexen werden von diesem Gemisch umgehend je **10 μl** zu den angetrockneten Reaktionsmixin pipettiert.  
*After vortexing add 10 μl of this mixture immediately to the dried reaction mixes.*
  - Die Reaktionsgefäße werden mit den dafür vorgesehenen Deckeln **dicht** verschlossen. Die Platten/Streifen werden leicht bewegt, um das Pellet auf dem Gefäßboden etwas anzulösen. Die gesamte Reaktionslösung soll sich im Gefäßboden befinden.  
*Tightly close the tubes with the respective strip caps. Slightly move the plates/strips to dissolve the pellet at the bottom of the tube. All PCR-solution should settle on the bottom of the tube.*
  - Nach der PCR und Auftrennung der Amplifikate im Gel erfolgt die Auswertung.  
*After PCR and separation of the amplicons in the gel, the evaluation can be carried out.*
  - Alle **BAGene** Reagenzien sind nach Gebrauch wieder bei -20...-80°C zu lagern.  
*Return all **BAGene** reagents to -20...-80°C after use.*

⇒ Ablesen der Ergebnisse in Pfeilrichtung / *Read the results in direction of the arrow*

### Beispiel / Example

Reaktions-Nr. / Reaction No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D positive	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-